

## **Выявленные нарушения в сфере законодательной метрологии:**

**1. Нарушение требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли и расчетов между покупателем и продавцом на рынках:**

- применение в сфере законодательной метрологии для осуществления торговли и расчетов между покупателем и продавцом средств измерений (весы, рулетки), не прошедших поверку в установленном порядке, что является нарушением требований ст. 13, 25 Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»;
- применение средств измерений, не внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь;
- необеспеченность необходимыми средствами измерений для контроля условий хранения (температуры и влажности воздуха) товаров;
- нарушение условий эксплуатации весов электронных.

**2. Нарушение требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при обеспечении охраны труда:**

- применение в сфере законодательной метрологии не прошедших в установленном порядке поверку средств измерений, что является нарушением требований ст. 13, 25 Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» и Постановления Госстандарта Республики Беларусь от 16.03.2007 № 17 «Об утверждении перечня областей в сфере законодательной метрологии».

**3. Реализация фасованных товаров:**

- **факты выявления бракованных упаковочных единиц** в партии, у которых отрицательное отклонение содержимого от номинального количества превышает предел допускаемого отрицательного отклонения;
- наличие в партии **упаковочных единиц**, у которых отрицательное отклонение содержимого от номинального количества превышает двойной предел допускаемых отрицательных отклонений. По ТНПА - в партии фасованных товаров **не должно быть ни одной упаковочной единицы**, у которой отрицательное отклонение содержимого от

номинального количества превышает двойной предел допускаемых отрицательных отклонений.

**4. Основные нарушения в сфере законодательной метрологии при проведении испытаний:**

- проведение видов испытаний, не внесенных в область аккредитации лаборатории;
- применение неуполномоченных средств измерений;
- необеспеченность средствами измерений и испытательными оборудованием;
- нарушение межповерочного интервала;
- применение методик, не прошедших метрологическое подтверждение пригодности;
- применение средств измерений, не внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь.

**5. Типичные нарушения в сфере законодательной метрологии:**

- нарушения межповерочного интервала;
- применение методик, не прошедших метрологическое подтверждение пригодности;
- применение средств измерений, не внесенных в Государственный Реестр средств измерений;
- применений неуполномоченных средств измерений.